

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	HEMOGLOBIN A1C CALIBRATORS
NO. IDENTIFICACIÓN	I-RD-01-05-14
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	45063UQ12
REGISTRO SANITARIO	2013RD-0002583
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación de los diferentes analitos relacionados con muestras procedentes del organismo humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Abbott Laboratories
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Contiene una hoja de valores para un lote diferente de calibradores
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Calibrateur-HbA1c-biochimie-Abbott-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	13 de Mayo de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co