

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Chrom ID CPS Agar
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-030215
REFERENCIA DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Referencia 43821 – Lote 1003567670
REGISTRO SANITARIO	2009RD-0001452
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación de analito relacionado en muestras procedentes del organismo humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	BIOMERIEUX BRASIL S.A.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Falsos positivos para la identificación de Enterobacter (KESC)
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Gelose-chromID-CPS-Biomerieux-Rappel-de-lot
FECHA DE NOTIFICACION	24/02/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co